



Managua, 16 de Febrero de 2010  
DA-RECM -0685-02-10

**Señores Oferentes  
Sus Oficinas**

Estimados Señores Oferentes:

Después de saludarles cordialmente, por este medio tengo bien referirme al proceso de **Licitación Restringida No. LR-01-01-2010: "Equipamiento Médico para Puestos de Salud"**.

Al respecto, les presento el II Aviso de Modificación al Pliego de Bases y Condiciones, el cual el día viernes 19 de Febrero de 2010, estará siendo publicado en la Gaceta, Diario Oficial, en la página Web [www.nicaraguacompra.gob.ni](http://www.nicaraguacompra.gob.ni) y en la página Web del Ministerio de Salud [www.minsa.gob.ni](http://www.minsa.gob.ni) :

**Modificación No. 1:**

Con respecto al Ítem No. 1: Autoclave a vapor eléctrico de mesa (20-25 lts.): Se deberá ofertar únicamente un (1) Autoclave correspondiente al Puesto de Salud Hugo Chávez.

**Modificación No. 2:** Adición al Pliego de Bases y Condiciones:

Se deberá agregar a la lista de bienes y distribución de equipos, el Ítem No. 25: Olla de Presión, distribuidos de la siguiente manera:

Ítem No.	Descripción del Equipo	Wisconsin / RAAN	Klisnak / RAAN	Número Total de Equipos
25	Olla de Presión	1	1	2

El Ítem No. 25: Olla de Presión, debe ser entregado en el CIPS/MINSA y no requiere capacitación.


Se adjunta, Especificaciones Técnicas del equipo requerido.

Sin más que agregar, les saluda.

Atentamente:

  
Lic. Ramón Enrique Cortés Mayorga  
Director División de Adquisiciones  
DIVISION DE ADQUISICIONES  
MINISTERIO DE SALUD

Cc: Archivo /Imm



**Especificaciones Técnicas:**

Ítem No.	25			
Nombre Genérico	Olla de Presión			
Cantidad:	2			
Fabricante:				
País de Origen:				
Marca:				
Modelo:				
Especialidades:	Esterilización			
Descripción:	Olla de Presión utilizado para esterilizar (en lugares donde no existe energía eléctrica), utilizando una fuente de calor para su funcionamiento.			
1. Composición:	1.1	Temporizador mecánico (60 minutos) – Adicional (Externo).		
	1.2	Fabricada en aluminio.		
	1.3	Posee manómetro de presión de vapor.		
	1.4	Válvula de control de vapor.		
	1.5	Válvula de seguridad.		
	1.6	Tapón de sobre presión.		
	1.7	Manija de bakelita en la tapa.		
	1.8	Capacidad: 20 -25 litros.		
2. Accesorios:	2.1	Parrilla de Aluminio.		
	2.2	Contenedor interno de aluminio.		
	2.3	Soporte de contenedor		
3. Normas:	3.1	Adjuntar Certificado	3.1.1	FDA ó CE
			3.1.2	Certificación que los equipos ofertados son nuevos (no refaccionados).