



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2023
TODOS JUNTOS
Vamos Adelante!

Managua, 14 de febrero de 2023
DGA-TIGG-0732-02-2023

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIONES No. 2 AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Licitación Pública Internacional No. PMCS-645-LPI-B-BID-645-10-2022 "Equipamiento del Hospital Primario Fidel Ventura en Waslala".

Por este medio y en mi calidad de Presidenta del Comité de Licitación, les remito las Respuestas a las Solicitudes de aclaraciones al Documento de Licitación (DDL) en segunda ronda, correspondiente al proceso de licitación Pública Internacional No. **PMCS-645-LPI-B-BID-645-10-2022, "Equipamiento del Hospital Primario Fidel Ventura en Waslala"**, de conformidad a lo establecido en la IAO 7.1 Aclaración del Documento de Licitación de la Sección I del DDL y su Enmienda No.1.

El Comité de Licitación respondió las consultas realizadas de la siguiente manera:

Pregunta 1:

• Instrucción al oferente 7.1

En la IAO 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones se establece que se recomienda realizar visita al sitio para unos Lotes en específico. Se solicita si se podría programar una nueva visita de sitio ya que se realizó prórroga del proceso.

Comité Responde: Se aclara que no se programará una nueva visita al sitio, sin embargo, si el oferente desea realizar una visita deberá ser por sus propios medios, la cual será coordinada por Desarrollo Tecnológico y personal de la obra en Waslala.

Pregunta 2:

LOTE 156- ULTRASONIDO DE DIAGNÓSTICO ESTACIONARIO

En el punto 16 "Transductores electrónicos de banda ancha: Al menos 4 puertos activos" se solicita que se aumente la cantidad de puertos activos a cinco (5), tomando en cuenta que se solicitan cinco (5) sondas con el equipo.

Esta solicitud se realiza con el fin que cada sonda tenga su puerto activo, evitando así el intercambio continuo entre dichas sondas, lo que ampliará la vida útil tanto del ultrasonido como de las sondas.

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENDE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni



Comité Responde: Se mantiene la especificación técnica solicitada y se deberá ofertar conforme lo solicitado en ficha técnica. El cambio solicitado por el oferente no se ajusta a las características técnicas del equipo que requiere el MINSA.

Pregunta 3:

Enviarnos por favor los planos arquitectónicos del Hospital, planta de conjunto para revisar exterior, cortes y elevación, ya que al momento de realizar la visita de sitio se constató que solo estaba el terreno y no se pudieron realizar mediciones ni determinar ubicaciones de los ambientes.

Comité responde: Se aclara que en las especificaciones técnicas están descritos los alcances y requerimientos que se deberán ofertar para la preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Se detallan tanto los alcances por parte del Contratista como también los alcances que deberá realizar el oferente.

Pregunta 4:

LOTE 94 – MAMÓGRAFO

Para la especificación:

2.1.16 Sistema para impresión de datos del paciente en película con teclado alfanumérico que incluya además del Nombre del paciente, mAs, KV y Proyecciones.

Estación de Adquisición, equipada con un monitor tipo LCD o LED de grado médico, de al menos 2 MPx, y de tamaño no inferior a 19 pulgadas.

8 Gb de memoria RAM como mínimo

Mouse, teclado alfanumérico para el ingreso de los datos del paciente.

Almacenamiento de al menos 250 Gb que permita almacenar imágenes.

1. ¿Solicitamos nos aclaren si la modificación en la Enmienda 1 de la especificación 2.1.16 donde indica "Solo si lo requiere el equipo" aplica para el sistema de impresión y también para la estación de trabajo solicitada?

Comité responde: Se aclara que la modificación en la Enmienda 1 de la especificación 2.1.16 aplica solo para el Sistema de impresión, lo demás se mantiene y se deberá ofertar conforme lo solicitado en ficha técnica.

2. En caso contrario, la Estación de Adquisición es compatible únicamente con Equipo Digital, sin embargo, la ficha técnica indica que el equipo solicitado es Análogo, por lo tanto, la Estación de Adquisición no funcionaría para este equipo en particular. Al respecto solicitamos

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"

Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua

PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni





Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2023
TODOS JUNTOS
Vamos Adelante!

3

eliminar este requerimiento 2.1.16 de la ficha técnica ó modificar la ficha técnica requiriendo un Equipo Digital en el cual si se podría incluir una estación de adquisición.

Comité Responde: En relación a la Estación de Adquisición, se mantiene la especificación técnica solicitada y se deberá ofertar conforme lo solicitado en ficha técnica. El cambio solicitado por el oferente no se ajusta a las características técnicas del equipo que requiere el MINSA.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle,

Atentamente,

Lic. Tania Isabel García González
Directora General División de Adquisiciones
Ministerio de Salud, Nicaragua



CC: Archivo/mfbv

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni