



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2★22
**ESPERANZAS
VICTORIOSAS!**
TODO CON AMOR!

Notificación Declaración Desierta

Comprador: *Ministerio de Salud*

Proyecto: *Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública*

Nombre y Número de Referencia: *ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
EIDEMIOLOGICO DEL SILAIS MANAGUA, NI-MINSA-250819-GO-RFB-SDON-BM-6199-
21-12-2021*

Nombre de todos los licitantes que presentaron ofertas:

- 1.- **Nombre del Licitante:** *SINTER, S.A.*
Precio Total de la Oferta en US \$65,139.66

NOMBRE DEL LICITANTE	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO DEL LOTE EN US\$	PRECIO EVALUADO EN US\$
SINTER, S.A.	1	Mini Agitador Vortex	4,197.22	
	2	Microscopio Trinocular con Camara Integrada	7,860.64	
	3	Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2	25,506.14	
	4	Silla Ergonómica de Laboratorio	8,055.42	
	5	Refrigerador de Laboratorio para Propósito	19,220.24	

[Handwritten signature]

¡TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
¡FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
¡UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
¡CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.
TEL: (505) 22247720



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2★22
**ESPERANZAS
VICTORIOSAS!**
TODO CON AMOR!

Nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas:

SINTER, S.A.: No cumple Tecnicamente en todos los lotes, conforme el siguiente detalle:

LOTE N° 1: MINI AGITADOR VORTEX:

- ✓ 2.5. Recipiente receptor para tubos, 1.5 ml a 50 ml. Oferta de 0.25 a 2 ml
- ✓ 2.1. Tipo, Táctil. No se verifico cumplimiento en catálogo, ni en respuesta a solicitud de aclaraciones.

LOTE N° 2: MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA INTEGRADA:

- ✓ 2.3- Distancia interpupilar, Ajustable de 48 a 75 mm. Oferta de 50 a 75 mm2.1.
- ✓ 2.6.- Platina, Platina mecánica de doble capa. 140 x 140 mm, rango de movimiento 75 x 50 mm. Oferta de 145 x 175 mm
- ✓ 2.7- Enfoque, Baja posición, sistema de enfoque fino y grueso coaxial, con un rango total de enfoque de 25 mm. Oferta rango de enfoque de 22 mm

LOTE N° 3: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2:

- ✓ 2.2. Controlada por microprocesador, No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones el modelo ofertado 1335.
- ✓ 2.3. Material de la estructura, No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones el modelo ofertado 1335.
- ✓ 2.4. Dimensiones Exterior de Cabina, 55"W x 33.5"D x 60.6"H (+/- 10%). No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones el modelo ofertado 1335.
- ✓ 2.5. Dimensiones Interior de Cabina. 50"W x 24.5"D x 26.6"H (+/- 10%). No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones el modelo ofertado 1335.
- ✓ 2.6. Interior de la cabina. Zona de trabajo deberá ser de acero inoxidable AISI 304, el resto de la cabina será de acero galvanizado. No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones el modelo ofertado 1335.

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!**

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni





Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2★22
**ESPERANZAS
VICTORIOSAS!**
TODO CON AMOR!

LOTE N° 4: SILLA ERGONOMICA DE LABORATORIO:


- ✓ 2.1. Estructura del banco. De acero inoxidable con asiento tapizado en vinilo. No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones.
- ✓ 2.4. Diámetro de la plataforma del asiento. 15" de diámetro +/- 10%. No se verifico en catálogo, ni en respuesta a la solicitud de aclaraciones.
- ✓ 2.5. Espesor del Tapizado. 3" mínimo. Oferta de 2.5"


LOTE N° 5: REFRIGERADOR DE LABORATORIO PARA PROPOSITO:

- ✓ 5.- Temperatura. Control microprocesador de temperatura con Display digital de al menos 2 dígitos, con un dígito para punto decimal. El microprocesador deberá ser inicializado mediante llave de seguridad. No se verifico en catálogo, ni en respuesta a solicitud de aclaraciones
- ✓ 5.3.- Capaz de mantener temperatura interna de 2°C a 10°C como intervalo de control. Oferta de 3°C a 7°C.

Licitante Ganador y precio final total del contrato: No hay licitante Ganador

Managua, 22 de febrero del 2022


Lic. Tania Isabel García González
Directora General División de Adquisiciones
Ministerio de Salud



Archivo/aso

TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia Iero de Mayo, Managua, Nicaragua.

