



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional  
*El Pueblo, Presidente!*

**2023**  
**TODOS JUNTOS**  
*Vamos Adelante!*



## NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN

**Comprador:** Ministerio de Salud

**Proyecto:** Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública

**Nombre y Número de Referencia:** "Adquisición de Equipos para Laboratorio Epidemiológico del SILAIS Managua (Segunda Compra)", NI-MINSA-344914-GO-RFB-SDC-BM-6199-10-06-2023

### NOMBRE DE TODOS LOS LICITANTES QUE PRESENTARON OFERTAS:

Nombre del Licitante	Lote	Descripción del Lote	Precio del Lote	Precio Evaluado
HC GROUP	1	Mini Agitador Vortex	C\$20,251.00	-
	2	Silla Ergonómica de Laboratorio	C\$39,776.40	-
	3	Autoclave de Mesa de Vapor para Laboratorio de Microbiología	C\$294,640.00	-
	4	Refrigerador Vertical para Laboratorio	C\$184,150.00	-
AGROBIOTEK, S.A.	1	Mini Agitador Vortex	US\$959.90	-
	2	Silla Ergonómica de Laboratorio	US\$9,665.45	US\$9,665.45
CASA TERAN	3	Autoclave de Mesa de Vapor para Laboratorio de Microbiología	C\$512,117.19	C\$512,117.19
	4	Refrigerador Vertical para Laboratorio	C\$256,103.71	C\$256,103.71
SANCHEZ & MARTINEZ/CAM INTERNATIONAL	1	Mini Agitador Vortex	US\$485.00	US\$485.00
	2	Silla Ergonómica de Laboratorio	US\$3,150.00	US\$3,150.00
	4	Refrigerador Vertical para Laboratorio	US\$7,527.00	US\$7,527.00
BÜHLER PHARMA, S.A.	1	Mini Agitador Vortex	US\$525.00	-
	2	Silla Ergonómica de Laboratorio	US\$3,000.00	US\$3,000.00
	3	Autoclave de Mesa de Vapor para Laboratorio de Microbiología	US\$9,500.00	-
	4	Refrigerador Vertical para Laboratorio	US\$6,080.00	-

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!

FUERZA DE PUEBLO QUE VENDE...!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**  
MINISTERIO DE SALUD  
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"  
Costado oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua  
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni





**NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS:**

- **AGROBIOTEK, S.A.:** No Cumple en:
  - ✓ **LOTE 1: MINI AGITADOR VORTEX:**
    - oferta dimensiones 117.8x111.76x134.62, lo requerido en el Documento de Solicitud de Cotización es: **170mmx160mmx130mm (+/- 10%).**
    - Oferta velocidad variable de 300-3200 rpm, lo requerido en el Documento de Solicitud de Cotización es: **200 a 3000rpm.**
    - No se verifico la presentación de certificado FDA y CE en oferta y en solicitud de aclaraciones a la oferta.
  
- **HC GROUP, S.A.:** No Cumple en:
  - ✓ **LOTE 1: MINI AGITADOR VORTEX:**
    - No se verificó ficha técnica en oferta y no respondió a las solicitudes de aclaración a su oferta.
  
  - ✓ **LOTE 2: SILLA ERGONOMICA DE LABORATORIO:**
    - No se verificó ficha técnica en oferta y no respondió a las solicitudes de aclaración a su oferta.
  
  - ✓ **LOTE 3: AUTOCLAVE DE MESA DE VAPOR PARA LABORATORIO MICROBIOLOGÍA:**
    - No se verificó ficha técnica en oferta y no respondió a las solicitudes de aclaración a su oferta.
  
  - ✓ **LOTE 4: REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO:**
    - No se verificó ficha técnica en oferta y no respondió a las solicitudes de aclaración a su oferta.
  
- **BÜHLER PHARMA, S.A.:** No Cumple en:
  - ✓ **LOTE 1: MINI AGITADOR VORTEX:**
    - El modelo presentado en catalogo difiere del modelo presentado en ficha técnica.
    - No presenta certificados FDA, CE y certificado de fábrica que el equipo y modelo ofertado no esta descontinuado en la línea.

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTAR...!  
FUERZA DE PUEBLO QUE VENDE...!  
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!  
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**  
MINISTERIO DE SALUD  
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepcion Palacios"  
Costado oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua  
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni





- ✓ LOTE 3: AUTOCLAVE DE MESA PARA LABORATORIO MICROBIOLOGÍA:
  - El modelo presentado en catalogo difiere del modelo presentado en ficha técnica.
  - No presenta certificados CE, ISO 9001, IEC, 61010-1 ó equivalente N61326-1; EN61010-2-40; EN 17665-1 y certificado de fábrica que el equipo y modelo ofertado no está discontinuado en la línea.
  - No presenta Autorización del fabricante
  
- ✓ LOTE 4: REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO:
  - No se verificó en catalogo presentado enfriamiento de aire recirculante forzado, incluir sistema de paro de difusor por apertura de puerta.
  - No se verificó en catalogo presentado, deshielo automático por medio de circulación inversa de gas caliente o resistencia.
  - No se verifico en catalogo presentado control microprocesador de temperatura con display digital de al menos dos dígitos.
  - No se verificó en catalogo presentados paneles internos de acero inoxidable, acero pintado o plástico ABS
  - El modelo presentado en catalogo difiere del modelo presentado en ficha técnica.
  - No presenta certificados CE, ISO 9001, IEC, 61010-1 ó equivalente N61326-1; EN61010-2-40; EN 17665-1 y certificado de fábrica que el equipo y modelo ofertado no está discontinuado en la línea.
  - No presenta Autorización del fabricante

**LOTE DESIERTO:**

- ✓ N° 3: PARA LABORATORIO MICROBIOLOGÍA: No se Adjudica este lote, debido a que la unidad requirente le será adquirido mediante un proceso con otra fuente de financiamiento.

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!  
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!  
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

CON DANIEL, EL FREMIE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**

MINISTERIO DE SALUD  
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepcion Palacios"  
Costado oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua  
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni



**LICITANTE GANADOR Y PRECIO FINAL TOTAL DEL CONTRATO:**

NOMBRE DEL LICITANTE	PRECIO FINAL TOTAL CONTRATO
<b>SANCHEZ &amp; MARTINEZ, S.A./CAM INTERNATIONAL.</b> <i>Se le adjudica el Lote # 1 Mini Agitador Vortex.</i>	<b>US\$ 485.00</b>
<b>BÜHLER PHARMA, S.A.</b> <i>Se le adjudica el Lote # 2 Silla Ergonómica de Laboratorio</i>	<b>US\$ 3,000.00</b>
<b>CASA TERAN.</b> <i>Se le adjudica el Lote # 4 Refrigerador Vertical para Laboratorio.</i>	<b>C\$ 256,103.71</b>

**Alcance y Duración del Contrato Adjudicado:**

Los bienes serán entregados en el Centro de Insumos para la Salud (CIPS), de los semáforos donde fue el Dancing 300 metros al sur, Managua-Nicaragua. De conformidad a lo indicado en el Documento de Solicitud de Cotización, Lista de Bienes y Plan de Entregas y la entrega será de 120 días calendario contabilizados un día después de entregada la Orden de Compra.

Managua, 21 de septiembre del 2023.

  
Lic. Martha Lorena Abarca Martínez  
Directora General División de Adquisiciones (a.i.)  
Ministerio de Salud

Archivo/aso



TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!  
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!  
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!

**SOMOS PUEBLO QUE VENCE!**

**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**  
MINISTERIO DE SALUD  
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"  
Costado oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua  
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni